







Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 01.08.2025

	Направление ветра	[NO], мкг/м³	[NO2], мкг/м³	[CO], мкг/м³	[SO2], мкг/м³	[Пыль], мкг/м³	[Формальдегид], мкг/м³
00:00-06:00	ЮВ 141	0,685	6,857	0,069	6,473	8,090	Оборудование находится в поверке
06:00-12:00	ВСВ 69	0,212	9,194	0,092	6,480	14,634	
12:00-18:00	ВСВ 75	0,182	14,180	0,182	2,632	8,191	
18:00-24:00	Ю 170	1,386	16,199	0,295	1,789	15,052	
00:00-24:00	ВЮВ 114	0,616	11,607	0,160	4,343	11,492	
ПДКсс	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01



Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.И. Ефесов

Начальник лаборатории


В.Н. Прокопенкова




Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 02.08.2025

	Направление ветра	[NO], мкг/м³	[NO2], мкг/м³	[CO], мг/м³	[SO2], мкг/м³	[Пыль], мкг/м³	[Формальдегид], мкг/м³
00:00-06:00	ЗЮЗ 251	0,000	11,151	0,257	1,906	13,004	
06:00-12:00	З 273	0,187	5,267	0,233	0,999	10,650	
12:00-18:00	З 270	0,000	5,058	0,162	0,649	13,271	
18:00-24:00	ЮЗ 218	2,940	9,822	0,084	5,702	11,614	
00:00-24:00	ЗЮЗ 253	0,782	7,825	0,184	2,314	12,135	
ПДКсс	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01


Формальдегид, мкг/м³




Пыль, мкг/м³




NO, мкг/м³




CO, мг/м³



NO2, мкг/м³



SO2, мкг/м³



Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области



Ю.П. Евсеев


Начальник лаборатории

В.Н. Прокопенкова


Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 03.08.2025

	Направление ветра	[NO], мкг/м³	[NO ₂], мкг/м³	[CO], мкг/м³	[SO ₂], мкг/м³	[Пыль], мкг/м³	[Формальдегид], мкг/м³
00:00-06:00	Ю 171	4,522	7,126	0,049	7,539	9,858	Оборудование находится в покое
06:00-12:00	ЗСЗ 286	0,000	4,376	0,005	6,024	16,365	
12:00-18:00	ЗСЗ 284	0,000	4,337	0,087	0,712	16,631	
18:00-24:00	ЮЗ 227	0,476	8,953	0,138	5,187	10,608	
00:00-24:00	ЗЮЗ 242	1,249	6,198	0,070	4,866	13,365	
ПДК _{к.с.}	-	-	100,0	3,0	50,0	150,0	0,01


Формальдегид, мкг/м³




Пыль, мкг/м³




NO, мкг/м³




CO, мкг/м³



NO₂, мкг/м³



SO₂, мкг/м³



Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области

Ю.П. Евсеев

Начальник лаборатории

В.Н. Прокопенкова



В.Н. Прокопенкова