Отчёт о состоянии атмосферного воздуха за 24.01.2021 г.

	Направление ветра	[NO], мкг/м³	[NO2], мкг/м³	[CO], мг/м³	[SO2], мкг/м³	[Пыль] , мкг/м³
00:00-06:00	ЮВ	-	-	0,274	-	-
06:00-12:00	ЮВ	-	-	0,231	-	-
12:00-18:00	ВЮВ	-	-	0,355	-	-
18:00-24:00	ЮВ	-	-	0,339	-	-
00:00-24:00	ЮВ	-	-	0,300	-	-
$ПДК_{с.с.}$		60,0	40,0	3,0	50,0	150,0
Приборы, находящиеся в поверке на момент выдачи отчета		Модуль АС 32М (АСПК) Хемилюминесцентный анализатор оксидов азота		-	Модуль AF22 (АСПК) УФ флуоресцентный анализатор двуокиси серы	МР101М Бета-измеритель взвешенных частиц











Руководитель филиала ЦЛАТИ по Смоленской области **Ю.Г. Гусеев**

Начальник отдела - заведующий лабораторией **С.В. Бобкова**